GUÍA RÁPIDA DE USO DE EQUIPO BIOMÉDICO

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
María Upegui
HOMO

NOMBRE DEL EQUIPO

ADIPÓMETRO

MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO
OMRON	HBF - 306	I

1 USO PREVISTO

Dispositivo electrónico utilizado para estimar el porcentaje de grasa corporal mediante el método de impedancia bioeléctrica, a partir de la información personal ingresada y la medición de la impedancia eléctrica del cuerpo.

2 CONOZCA EL EQUIPO



1	Unidad principal
2	Electrodos de agarre
3	Pantalla LCD
4	Botón de encendido y apagado
5	Botón de inicio
6	Botones de ajuste
7	Compartimento para baterías

ACCESORIOS Y CONEXIONES

No aplica

3 VERIFICACIÓN ANTES DE USAR

Verifique integridad física, limpieza, estado de los electrodos, funcionamiento de pantalla y botones, y carga adecuada de las baterías.

4 USO PASO A PASO

1	Encienda el equipo con el botón ON/OFF.
2	Seleccione los parámetros requeridos mediante los botones de ajuste.
3	Sujete los electrodos con ambas manos, según las instrucciones del fabricante.
4	Inicie la medición y consulte el resultado en la pantalla.

5 RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilizar en personas con marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados.
- Evitar golpes, humedad y contacto directo con líquidos.
- Realizar la medición siguiendo las instrucciones del fabricante.

6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección del dispositivo se realiza de acuerdo con el protocolo institucional de limpieza y desinfección vigente, utilizando los elementos de protección personal requeridos y, si el equipo funciona con energía eléctrica, desconectándolo previamente de la red.

7 REPORTE DE NOVEDADES

Si el dispositivo presenta una falla o novedad, suspenda su uso y repórtelo en la plataforma Almera.