GUÍA RÁPIDA DE USO DE EQUIPO BIOMÉDICO

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
María Upegui
HOMO

NOMBRE DEL EQUIPO

ASPIRADOR DE SECRECIONES

MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO
THOMAS	1130GL	IIa

1 USO PREVISTO

Bomba de vacío eléctrica sin aceite, con regulación de vacío, utilizada como aspirador para la succión y recolección de fluidos, bajo indicación de un médico o profesional de la salud calificado.

2 CONOZCA EL EQUIPO



1	Unidad compresora / bomba de vacío
2	Interruptor ON/OFF
3	Perilla de control de vacío
4	Manómetro de vacío
5	Frasco recolector 800 mL
6	Tapón con flotador (válvula de cierre)
7	Filtro hidrofóbico
8	Soporte del frasco / manija

ACCESORIOS Y CONEXIONES

Tubo con conectores (frasco – paciente), tubo de conexión del frasco al equipo y cable de alimentación.

3 VERIFICACIÓN ANTES DE USAR

Verifique integridad del equipo, cable, frasco, tapón con flotador, tubos y filtro hidrofóbico seco. Conecte con el interruptor en OFF y confirme que el manómetro responda a la perilla.

4 USO PASO A PASO

1	Ubique el frasco en su soporte con el tapón y conecte los tubos al puerto de vacío y a la entrada.
2	Con el interruptor en OFF, conecte a un tomacorriente con polo a tierra y encienda (ON).
3	Ajuste el vacío prescrito con la perilla (derecha aumenta, izquierda disminuye) según el manómetro.
4	Aspire; si el líquido alcanza la línea de lleno de seguridad, apague y vacíe el frasco.
5	Al terminar, apague, espere que el vacío llegue a 0, desconecte, retire la tubería y vacíe el frasco.

5 RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Use solo el vacío prescrito; un valor mayor puede generar una situación que amenace la vida.
- No use donde se administre oxígeno o haya aerosoles o vapores inflamables; no obstruya entradas de aire.
- Si el filtro hidrofóbico se moja, la succión se detiene aunque el motor funcione: reemplácelo.

6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección del dispositivo se realiza de acuerdo con el protocolo institucional de limpieza y desinfección vigente, utilizando los elementos de protección personal requeridos y, si el equipo funciona con energía eléctrica, desconectándolo previamente de la red.

7 REPORTE DE NOVEDADES

Si el dispositivo presenta una falla o novedad, suspenda su uso y repórtelo en la plataforma Almera.