# GUÍA RÁPIDA DE USO DE EQUIPO BIOMÉDICO

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
María Upegui
HOMO

NOMBRE DEL EQUIPO

EYECTOR PARA VACÍO (VENTURI)

| MARCA | MODELO | CLASIFICACIÓN DE RIESGO |
|---|---|---|
| GENTEC | 880VS | IIa |

## 1 USO PREVISTO

Regulador de succión tipo Venturi que genera vacío a partir de aire medicinal para aspiración hospitalaria: sala general, transporte de pacientes y procedimientos de bajo vacío.

## 2 CONOZCA EL EQUIPO



| | |
|---|---|
| 1 | Manómetro de vacío (0 a 760 mmHg) |
| 2 | Perilla de regulación (INCREASE/DECREASE) |
| 3 | Cuerpo del regulador con Venturi |
| 4 | Adaptador a la toma de aire |
| 5 | Trampa de seguridad (frasco) |
| 6 | Conector de salida de succión |

ACCESORIOS Y CONEXIONES

Adaptador a la toma de aire medicinal, trampa de seguridad contra rebose, manguera de succión, colector de secreciones y sonda de aspiración.

## 3 VERIFICACIÓN ANTES DE USAR

Verifique integridad del regulador, el manómetro, las conexiones y la trampa (limpia y vacía); conecte a la toma de aire y, con la salida ocluida, confirme que el manómetro responde a la perilla.

## 4 USO PASO A PASO

| | |
|---|---|
| 1 | Conecte el adaptador del regulador a la toma de aire medicinal de la pared. |
| 2 | Conecte la salida de la trampa al colector de secreciones y este a la sonda de aspiración. |
| 3 | Con la manguera ocluida, gire la perilla (INCREASE/DECREASE) hasta el vacío prescrito en el manómetro. |
| 4 | Libere la manguera y realice la aspiración, vigilando el manómetro y el nivel del colector. |
| 5 | Al terminar, lleve la perilla al mínimo (DECREASE), desconecte el regulador y vacíe el colector. |

## 5 RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Ajuste siempre el vacío con la manguera ocluida para no exponer al paciente a un vacío mayor al requerido.
- No deje que el colector o la trampa se llenen; detenga la succión y vacíelos para no contaminar el equipo.
- Úselo solo con aire medicinal; no lo desarme, sumerja ni esterilice en autoclave.

## 6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección del dispositivo se realiza de acuerdo con el protocolo institucional de limpieza y desinfección vigente, utilizando los elementos de protección personal requeridos y, si el equipo funciona con energía eléctrica, desconectándolo previamente de la red.

## 7 REPORTE DE NOVEDADES

Si el dispositivo presenta una falla o novedad, suspenda su uso y repórtelo en la plataforma Almera.