GUÍA RÁPIDA DE USO DE EQUIPO BIOMÉDICO

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
María Upegui
HOMO

NOMBRE DEL EQUIPO

NEBULIZADOR

MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO
GMR	NUBE 7000	IIa

1 USO PREVISTO

Sistema de aerosolterapia (compresor nebulizador) para el tratamiento del sistema respiratorio superior e inferior, que puede usarse en hospitales, con los medicamentos prescritos por el médico.

2 CONOZCA EL EQUIPO



1	Carcasa del compresor
2	Interruptor encendido/apagado (I/O)
3	Salida de aire
4	Filtro y cubierta
5	Compartimiento para accesorios
6	Salidas de ventilación
7	Cable de poder
8	Nebulizador (capacidad 6 mL)

ACCESORIOS Y CONEXIONES

Tubo de aire, pieza de boca, máscara de adulto, máscara pediátrica, set de 5 filtros de aire y adaptador de corriente.

3 VERIFICACIÓN ANTES DE USAR

Verifique carcasa sin grietas, cable y accesorios intactos, filtro limpio y seco, y que los datos eléctricos del equipo coincidan con el tomacorriente. Confirme que el nebulizador quede bien sellado.

4 USO PASO A PASO

1	Ubique el compresor en superficie estable y plana, con el interruptor en O, y conecte el cable extendido.
2	Conecte el tubo al nebulizador y a la salida de aire; abra el nebulizador y verifique el ajuste del cono.
3	Vierta el medicamento prescrito sin superar 6 mL, cierre el nebulizador y acople pieza de boca o máscara.
4	Encienda (I) con el kit inclinado menos de 45° y sin agitarlo; indique respiraciones lentas y profundas.
5	Al terminar, apague (O), seque el tubo si tiene humedad, desconecte tubo y cable y limpie el nebulizador.

5 RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No use el equipo en presencia de mezclas anestésicas inflamables con oxígeno o protóxido de nitrógeno.
- No moje ni sumerja el compresor ni lo use sin filtro; reemplace el filtro si está gris, café o húmedo.
- Los accesorios son para un solo paciente; no hierva ni esterilice en autoclave las máscaras.

6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección del dispositivo se realiza de acuerdo con el protocolo institucional de limpieza y desinfección vigente, utilizando los elementos de protección personal requeridos y, si el equipo funciona con energía eléctrica, desconectándolo previamente de la red.

7 REPORTE DE NOVEDADES

Si el dispositivo presenta una falla o novedad, suspenda su uso y repórtelo en la plataforma Almera.