GUÍA RÁPIDA DE USO DE EQUIPO BIOMÉDICO

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
María Upegui
HOMO

NOMBRE DEL EQUIPO

NEGATOSCOPIO

MARCA	MODELO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO
NO IDENTIFICADA	NO IDENTIFICADO	I

1 USO PREVISTO

Equipo de iluminación que proporciona una superficie de luz uniforme para visualizar e interpretar placas radiográficas y otras imágenes diagnósticas impresas en película transparente.

2 CONOZCA EL EQUIPO



1	Carcasa
2	Pantalla difusora
3	Fuente de luz interna
4	Interruptor de encendido
5	Sujetadores o pinzas de placa
6	Control de intensidad (si aplica)
7	Cable de alimentación

ACCESORIOS Y CONEXIONES

Cable de alimentación a la red eléctrica. Montaje en pared.

3 VERIFICACIÓN ANTES DE USAR

Verifique carcasa y pantalla difusora sin grietas, cable y enchufe en buen estado, fijación segura y sujetadores funcionales. Encienda y confirme iluminación uniforme, sin parpadeo ni zonas oscuras.

4 USO PASO A PASO

1	Conecte el cable a un tomacorriente en buen estado y verifique que el equipo esté bien fijado.
2	Encienda el negatoscopio con el interruptor y confirme que la iluminación sea estable y uniforme.
3	Inserte la placa en los sujetadores, en la orientación correcta, sin doblarla ni rayarla.
4	Realice la lectura de la imagen.
5	Al terminar, retire la placa y apague el equipo; no lo deje encendido sin necesidad.

5 RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No use el equipo si la carcasa, la pantalla o el cable están dañados, o si la luz parpadea.
- No presione la pantalla difusora ni apoye objetos sobre ella; evite golpes que puedan agrietarla.
- No abra el equipo ni cambie lámparas o piezas internas; solicítelo al personal de mantenimiento.

6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección del dispositivo se realiza de acuerdo con el protocolo institucional de limpieza y desinfección vigente, utilizando los elementos de protección personal requeridos y, si el equipo funciona con energía eléctrica, desconectándolo previamente de la red.

7 REPORTE DE NOVEDADES

Si el dispositivo presenta una falla o novedad, suspenda su uso y repórtelo en la plataforma Almera.